




...**ENOC** **SRL**



**IRRIGATORE  
ENOC**



display



### **Corredo in dotazione**

- Manuale d'uso in italiano
- Cannula inox
- Un pedale a doppio comando IP68
- Un set di 10 tubi monouso
- Tubo di scarico a innesto rapido
- Un doppio fondo a griglia
- Un cavo di alimentazione a norme CEI

### **Accessori**


- Carrello mobile di sostegno con cassetto

# Specifiche Tecniche



pedaliera

innesto rapido



pompa peristaltica

Categoria	<b>Dispositivo medico chirurgico</b>
Classe del dispositivo	<b>IIb direttiva 93/42/CEE</b>
Impostazione della temperatura	<b>Digitale</b>
Visualizzazione della temperatura	<b>Display grafico</b>
Temperatura massima raggiungibile	<b>Da temperatura ambiente fino a 41°C</b>
Temperatura massima di sicurezza	<b>43°C</b>
Precisione	<b>+ / - 0,2°C</b>
Stabilità	<b>+ / - 0,5°C</b>
Potenza di riscaldamento	<b>400 W</b>
Alimentazione	<b>230 V 50 Hz</b>
Erogazione da Min a Max	<b>Da 200 ml/min a 1950 ml/min</b>
Comando erogazione	<b>Pedale Dx</b>
Comando aspirazione	<b>Pedale Sx</b>
Temperatura di stoccaggio	<b>Range da -10° C a +50°C</b>
Temperatura di lavoro	<b>Range da +10°C a +40 °C</b>
Umidità	<b>Range da 20 a 80%</b>
Peso a vuoto	<b>Kg 30</b>
Peso a pieno carico	<b>Kg 50</b>
Dimensioni in cm	<b>L68 x H36 x P40</b>

# IRRIGATORE ENOC

## sistema di lavaggio in Chirurgia Laparoscopica

L'irrigatore è un'apparecchiatura composta da una struttura portante in acciaio inox, tra cui si evidenziano le seguenti parti:

- Una vasca d'acciaio inox, con capacità di 18 lt dotata di sensore di livello.
- Un sistema di riscaldamento con termoregolazione elettronica e doppia protezione di sicurezza sul controllo della temperatura impostata.
- Un sistema d'erogazione che utilizza una pompa peristaltica.
- Un'interfaccia utente con possibilità di monitoraggio, impostazione della temperatura ed erogazione desiderata.
- Un comodo pedale a doppio comando per l'attivazione sia dell'erogazione sia dell'aspirazione.

Distributore Esclusivo

**UGO PALMERIO** s.r.l.  
APPARECCHI ELETTRONICI  
PER LA MEDICINA  
24128 BERGAMO  
Via 100V Maggio, 11  
Tel. (035) 25.95.54 (2 linee)  
Telefax (035) 25.94.96  
[www.palmerio.it](http://www.palmerio.it)  
email: [info@palmerio.it](mailto:info@palmerio.it)



Per ulteriori informazioni:  
**SPINELLI MARIO T. 3488596990**